

• •
Všetci zájemcovia
„Anesteziologický prístroj“
• •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
A-I/ /2012

Vybavuje/Linka
Máčková/042 4304 491

Považská Bystrica
9.3.2012

Vec : **Vysvetlenie súťažných podkladov - oznámenie.**

Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 8.3.2012 doručená písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky „**Anesteziologický prístroj**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.34/2012 pod značkou 01848-MST.

V zmysle § 38 zákona č.25/2012 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné:

Vaša otázka sa týka časti B. Opis predmetu zákazky – Technicko medicínskej špecifikácie anesteziologického prístroja:

- anesteziologický okruh musí byť umiestniteľný na ktorejkoľvek strane prístroja pre ergonómiu prístroja

Odpoveď:

Možnosť umiestnenia anestéziologického okruhu na ktorejkoľvek strane prístroja sa myslí možnosť umiestnenia anestéziologického okruhu na ľavej ako aj pravej strane prístroja užívateľom, podľa potreby a charakteru operačnej sály a operácie.

Táto vlastnosť nie je potrebná ak sú ovládacie prvky anestéziologického prístroja a monitorovania patientskych ventilačných aj vitálnych parametrov dostupné z ktorejkoľvek strany prístroja, t.j. sú na otočiteľnom ramene.

S pozdravom

Ing.Peter Rendek
riaditeľ NsP