

● ●

Všetci zájemcovia
“Videendoskopická zostava”

● ●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
A-I/ /2012Vybavuje/Linka
Máčková/042 4304 491Považská Bystrica
9.3.2012Vec : **Vysvetlenie súťažných podkladov.**

Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 8.3.2012 doručená písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky „**Videendoskopická zostava**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č.34/2012 pod značkou 01849-MST.

V zmysle § 38 zákona č.25/2012 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné:

Vaša otázka č.1 a 2

Je možné ponúknuť do súťaže a budete akceptovať videogastroskop a kolonoskop s malými odchýlkami (nepodstatnými pre správnu funkciu video endoskopov na požadované zákroky) parametrov a to aj smerom nahor aj nadol (vyššie ako požadované resp. nižšie hodnoty parametrov)?

Odpoveď:

Vzhľadom na vysokú odbornú náročnosť a požiadavku precíznosti a kvality vykonávaných diagnostických a terapeutických vyšetrení, je pre nás nevyhnutné, aby všetky nami obstarávané prístroje spĺňali požadované technické parametre. Z uvedeného dôvodu trváme na nami požadovaných technických parametroch všetkých endoskopických prístrojov, ktoré sme uviedli v súťažných podkladoch a nepripúšťame žiadne odchýlky.

Vaša otázka č.3

Keďže každý výrobca má digitálny videoprocessor kompatibilný iba s videoendoskopmi vlastnej výroby, budete akceptovať digitálny videoprocessor, ktorý spĺňa požadované parametre, ale nie je kompatibilný s videoskopmi uvedeného výrobcu?

Odpoveď:

Z hľadiska požiadavky na efektívne využívanie endoskopickkej techniky je pre nás nevyhnutné, aby nové prístroje boli kompatibilné so stávajúcimi prístrojmi tak, ako sme to uviedli v súťažných podkladoch.

Vaša otázka č.4

Budete akceptovať svetelný zdroj so 100W žiarovkou, ktorá vytvára dostatočný svetelný tok pre prácu s videoskopmi a inak je kompatibilný aj s v súťaži uvedenými endoskopmi?

Odpoveď:

Rovnako ako sme uviedli k časti č.1 a 2 a trváme na požadovaných technických parametroch všetkých prístrojov, t.z., že nebudeme akceptovať žiadne odchýlky od nami požadovaných parametrov prístrojov.

S pozdravom

Ing.Peter Rendek
riaditeľ NsP